

## Ogłoszenie nr 2023-2115-175620

DOSTAWA URZĄDZENIA DO BIODEKONTAMINACJI

### Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

#### Pytanie numer 1, data wysłania 2023-10-12 13:19:15, data opublikowania 2023-10-12

Pytanie 1 – do Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (poz. 15)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze nie mniejszej niż 560 m<sup>3</sup> i dopuszcza urządzenie o większej wydajności, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 2 – do Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (poz. 26)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia zgodnego z SWZ bez czytnika RFID, z możliwością stosowania środków różnych producentów?

#### Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza urządzenie o większej wydajności jednak zaoferowane urządzenie ma umożliwić biodekontaminację pomieszczeń o kubaturze co najmniej 200 m<sup>3</sup>.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez czytnika RFID i dopuszcza możliwość stosowania środków innych producentów.☒

---