

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania z dnia 6.05.2022 r. na dostawę oprogramowania do kompresji badań rezonansu magnetycznego

LP.	Opis funkcjonalności	Parametr wymagany TAK/NIE	UWAGI
1.	Oprogramowania do kompresji badań rezonansu magnetycznego – kompatybilnego z systemem Ingenia 3.0T – potwierdzone przez producenta systemu Ingenia 3.0T		
2.	Licencja na posiadane oprogramowanie bez ograniczeń czasowych		
3.	Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania umożliwiająca aktualizację oprogramowania systemu MR do najnowszej dostępnej wersji		
4.	W ramach aktualizacji wersji oprogramowania oferent wymieni niezbędne elementy sprzętowe systemu (jeśli zajdzie potrzeba)		
5.	Możliwość skracania czasu badań 2D		
6.	Możliwość skracania czasu badań 3D		
7.	System pozwalający na synchronizację komend głosowych z wykonywanymi badaniami		
8.	System komend głosowych dostępny w minimum 3 językach.		
9.	System wyposażony we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające prawidłową kompensację badań		
10.	Możliwość zastosowania kompensacji w badaniach z kontrastem		
11.	Możliwość zastosowania kompensacji w badaniach wszystkich strukturach anatomicznych, minimum: - neurologicznych, - onkologicznych, - ortopedycznych, - kardiologicznych - naczyniowych.		
12.	Możliwość zdalnego monitoringu oprogramowania przez Oferenta		
13.	Czas reakcji na zgłoszenie o awarii oprogramowania – 48 h od zgłoszenia w dni robocze.		
14.	Termin na usunięcie awarii oprogramowania w terminie do 5 dni roboczych od jej zgłoszenia		