

Rzeszów, 10 listopada 2021 r.

ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYPOSAŻENIE BANKU MLEKA

Pytania do warunków postępowania dla wszystkich części:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 17.12.2021r

Nie zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 17.12.2021.

2. Bardzo proszę o doprecyzowanie – co Zamawiający rozumie pod zapisem “Zamawiający zastrzega, że możliwa jest rezygnacja przez niego z dostaw części asortymentu w przypadku braku takiego zapotrzebowania” ? Czy są jakieś przesłanki na obecną chwilę które mogą spowodować brak zapotrzebowania na sprzęt objęty zapytaniem ofertowym? Po jakim czasie od ogłoszenia wyników Zamawiający określi ewentualny “brak zapotrzebowania”?.

Zamawiający podejmie tą decyzję przed zawarciem umowy.

3. Bardzo proszę o doprecyzowanie – co Zamawiający rozumie pod zapisem “W przypadku zwłoki w realizacji dostawy przez Wykonawcę przekraczającej 5 dni Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy”. W przypadku bowiem składania oferty częściowej Zamawiający powinien ograniczyć się jedynie do odstąpienia od umowy w części której dotyczy niezrealizowana w terminie dostawa. Czy w przypadku powyższej sytuacji, niemożności zrealizowania w terminie dostawy jednej z części – Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w ramach pozostałych części ? Bardzo proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający informuje, że na każdą część będzie zawarta osobna umowa. W przypadku niezrealizowania, ktoś z części zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od całości lub części tej umowy (nie wszystkich umów)

4. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje asortymentowe.

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje asortymentowe.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych.

2. Część B – Analizator Składu Mleka przeznaczony do mleka ludzkiego – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka umożliwiający analizę składników mleka podczas jednego badania w zakresie małych próbek wynoszących 3 ml ?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, umożliwiający analizę składników mleka podczas jednego badania w zakresie małych próbek wynoszących 1-10 ml. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2. Czy Zamawiający dopuści analizator o temperaturze próbki mleka w zakresie od +35 °C do +40 °C ?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, umożliwiający analizę próbki mleka w zakresach +2 do +45 °C lub +20 do +40 °C. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

3. Część C – Szafa mroźnicza (zamrażarka) z czujnikiem temperatury przeznaczona do przechowywania – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafę mroźniczą o pojemności całkowitej wynoszącej 232 l brutto ?

Nie, zamawiający nie dopuszcza sprzętu. Zakres pojemności wynosi 300-450 l.

2. Czy Zamawiający dopuści szafę mroźniczą wyposażoną w 6 półek zamiast 4 szuflad ?

Nie, zamawiający nie dopuszcza sprzętu. Wymagany sprzęt powinien posiadać co najmniej 4 szuflady.

5. Część E – Laktatory – przewoźny 8 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści laktator bez sterowania za pomocą karty z chipem ?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt sterowany kartą z chipem lub elektronicznym układem scalonym. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2. Czy Zamawiający dopuści laktator wyposażony w uchwyt na maksymalnie dwie butelki ?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt wyposażony w uchwyty na co najmniej dwie butelki. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

3. Czy Zamawiający dopuści laktator bez możliwości włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji jednym przyciskiem?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt z możliwością zapewnienia prostej obsługi wszystkich dostępnych parametrów. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuści laktator o płynnej regulacji podciśnienia w zakresie od 30 do 250 mmHg ?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt z możliwością płynnej regulacji podciśnienia. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. W opisie nie umieszczono zakresów, dlatego są one dopuszczone w każdym zakresie.

5. Czy Zamawiający dopuści laktator nie posiadający dwóch programów działania: programu inicjacji do stymulacji laktacji, oraz program utrzymania laktacji, działający jednak w sposób wielofazowy.

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt zapewniający możliwość pracy w dwóch trybach stymulacji i odciągania zasadniczego z opcją regulacji zarówno podciśnienia, jak i dodatkowo rytmu pracy. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laktatora o masie większej niż 3,5 kg?

Tak, zamawiający dopuszcza aby waga modułu laktatora była wyższa niż 3,5 kg ale nie przekraczała masy 4,5 kg. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laktatora, którego praca sterowana jest przez dwa niezależne pokrętki regulacji siły i szybkości ssania umożliwiające swobodny wybór ustawień ?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, który zapewnia prostą obsługę wszystkich dostępnych parametrów. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania laktatora bez przycisku, który umożliwia włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji?

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, który zapewnia prostą obsługę wszystkich dostępnych parametrów. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

9. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści laktator szpitalny o poniższych parametrach:
- Laktator szpitalny elektryczny dwufazowy 3D na dwie piersi.

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt klasy szpitalnej oraz posiadający technologię zapewniającą naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka lub umożliwiającą skuteczną stymulację laktacji i efektywnego odciągania pokarmu. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- Urządzenie z symultanicznym zastawem dwóch miękkich silikonowych lejków, odciągający pokarm w systemie 3D - ssania i uciskania brodawki.

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt, gdyż w opisie nie umieszczono opisu rodzaju stosowanych lejków biorąc pod uwagę wszelkie możliwości producenta.

- Laktator posiadający 2 fazy odciągania pokarmu i 14 programów.

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt z technologią zapewniającą naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka lub umożliwiającą skuteczną stymulację laktacji i efektywnego odciągania pokarmu.

- Laktator klasy szpitalnej w wersji przenośnej.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza sprzętu. Wymagany sprzęt powinien być laktatorem na wózku jezdnym.

- Urządzenie będące wyrobem medycznym klasy II A z separacją mediów, z wyświetlaczem pokazującym: fazę ssania, siłę ssania, poziom naładowania baterii, czas pozostały do zakończenia cyklu.

Tak, Zamawiający dopuszcza laktator szpitalny zapewniający separację mediów, zabezpieczającą przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora. Ponadto, zamawiający dopuszcza sprzęt z wyświetlaczem, gdyż w opisie nie umieszczono tego zakresu wyposażenia laktatora.

- Posiadający zasilanie sieciowe i bateryjne oraz płynną regulację siły ssania.

Tak, Zamawiający dopuszcza zasilanie sieciowe oraz płynną regulację siły. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego zasilania baterijnego.

- Waga netto 1,3 kg.

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o masie nie większej niż 4,5 kg. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia